




# 抗体质量检验报告

产品名称: FER 抗体		
货号: S-1FER1	批号: 20230224	
来源: Mouse	生产日期: 20230224	
保存条件: 2-8°C(S); -20°C(L)	有效期: 20250223	
缓冲液: 0.01M PBS buffer, pH7.4	批量: 200mg	
检验项目	质量标准	结论
外观检验	标签字迹清晰, 内容信息准确无误, 无涂改、破损现象	合格
物理性状	澄清液体或淡黄色液体、无絮状沉淀	合格
纯度	≥90%	合格
浓度	≥1mg/ml	5.7mg/ml
效价测定	按照相关文件制作成试剂条, 检测下限≤5ng 对应抗原 (S-3FER)	合格
稳定性	原料反复冻融 3 次后, 按照相关文件制作成试剂条, 检测结果符合以上标准	合格
	原料放置在 37°C 7 天后, 按照相关文件制作成试剂条, 检测结果符合以上标准	
批间差	与对照批次 CV 值小于 10%	合格
检验结论: 该批次产品合格		
报告人: 	日期: 20230307	
复核人: 	日期: 20230308	
批准人: 	日期: 20230309	

